



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.39.002.А № 55108

Срок действия до 15 марта 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное
предприятие "Доза" (ООО НПП "Доза"), г. Москва, г. Зеленоград

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 57369-14

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ФВКМ.412113.053РЭ, раздел 4

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 15 марта 2019 г. № 528

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



2019 г.

Серия СИ

№ 035049