



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.35.002.A № 9799/1

Срок действия до 14 марта 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители напряженности поля малогабаритные микропроцессорные  
ИПМ-101М

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПП "Доза", г. Москва, Зеленоград

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 21009-01

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МГФК.411153.002 РЭ, раздел "Методика поверки"

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 14 марта 2012 г. № 143

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

"22" ..... 03 ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 003823

**Срок действия до 17 февраля 2022 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **17 февраля 2017 г. № 312**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2017 г.