



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.38.018.A № 43705

Срок действия до 06 сентября 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Установки для поверки индивидуальных дозиметров бета-излучения
УПБ-ИД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное
предприятие "Доза" (ООО "НПП "Доза"), г.Москва, Зеленоград

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 47616-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МИ 1774-87

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 06 сентября 2011 г. № 4782

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Е.Р. Петросян

29 " 09 2011 г.

Серия СИ

№ 001770

Срок действия до 18 августа 2021 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **18 августа 2016 г. № 1101**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2016 г.